

Servisné služby testeru systémov MIREL VZT

Typ **SESVZT**


ilustračný obrázok

Servisné služby testeru systémov MIREL VZT predstavujú súbor činností, ktorých cieľom je plánovanej a neplánovanej údržby systému.

Súčasťou služieb plánovanej údržby systému je výkon servisných služieb profylaktickej kontroly D4.

Pre interval profylaktickej kontroly platia nasledujúce pravidlá:

- Interval profylaktickej kontroly systémov po technickej životnosti je 12 mesiacov, nezávisle od intervalu profylaktickej kontroly pred uplynutím technickej životnosti.
- Interval profylaktickej kontroly systémov pred uplynutím technickej životnosti je 24 mesiacov.



Nomenklatúra

SESVZT.K.M
— Modifikácia služby
— Kategória služby

Služby

Označenie	Popis
SESVZT.D4.0	Profylaktická kontrola D4 s kalibráciou testeru MIREL VZT a vysielateľov simulovaného kódu KSV

Služby pripravované

Bez záznamu.

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
679VZT	210903	VZT.3 Technické podmienky
2339VZT	210903	VZT.4 Technické podmienky
502VZT	210531	VZT.3 Návod na obsluhu a údržbu
2337VZT	220309	VZT.4 Návod na obsluhu a údržbu
3016VZT	220201	SESVZT Podmienky realizácie